

Seria EBI 12 T24X

Bezprzewodowe rejestratory temperatury firmy Ebro



Podstawowe dane :

Zakres mierzonej temperatury :

Rejestratory temperatury : - 200 ÷ +200 °C
(radiowa komunikacja) -30 : +150 °C

Dokładność pomiaru temperatury :

+/-0,5 °C (od -85 do 40°C), +/-0,2 °C (od -40 do 0°C), +/-0,1 °C (od 0 do +120°C), +/-0,05 °C (od +120 do +1400°C), +/-0,1 °C (od +140 do 150°C), +/-0,5 °C (od +150 do 250°C)*, +/-0,8 °C (od 250 do +400°C)*

Wymiary : 48X24 mm (bez czujników)

Typ sensora : Pt 1000 klasa A

Pamięć : 100.000 pomiarów

Długość sondy : 1x temperatura, giętka

Częstotliwość pomiaru : 250ms do 24 h

Zasilanie : bateria - do 2 lat ciągłej pracy

Stopień ochrony urządzenia : IP 68 wodoodporny

Fabryczny certyfikat kalibracji : 120, 0, + 60 C

Nr seryjny –

1340-6611 EBI 12 T240 – sonda o długości 250mm

1340-6612 EBI 12 T241- sonda o długości 500mm

Zgodność z obowiązującymi normami

EN285/EN13060, FDA21CFR cz.11, EN17025, ISO 15883, ISO 17665, EN12830, DIN 58929

Zalety

W pełni automatyczny i odporny na manipulację system walidacji, gdzie otrzymujemy wynik pozytywny lub negatywny.

Szeroki zakres rejestratorów do każdej aplikacji

Różnego rodzaju, wymienne czujniki

Wysoka dokładność pomiaru temp. do +/- 0.05 °C

System z certyfikatem TUV

2 lata gwarancji lub 500 cykli

Wiecej informacji


e-mail : arm@envag.com.pl

Telefon : 22 858 78 78 w 13



Zasada działania

W celu ustawienia podstawowych parametrów należy przed użyciem zaprogramować każdy rejestrator. Parametry takie jak częstotliwość pomiaru, wartości progowe itd. ustawiamy za pomocą programu [Winlog.pro](#), [Winlog.med](#) lub [Winlog.validation](#) ustawiając rejestrator na przekaźniku (interface) i podłączając go do komputera.



Po zaprogramowaniu rejestratora wkładamy go do urządzenia gdzie rejestruje on parametry procesu. Aby dokonać odczytu umieszczamy rejestrator znowu na przekaźniku (interface) w celu odczytania danych. Program automatycznie dokonuje przeliczeń i generuje wynik w formie wykresu, tabeli, raportu. Dane można oceniać i zapisywać w formacie zgodnym z Winlog lub pdf.



Wiecej informacji

e-mail : arm@envag.com.pl

Telefon : 22 858 78 78 w 134